

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)
СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(СМТУ Росстандарта)

630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 36, телефон (383)210-03-08, факс (383)210-16-46

Отдел (инспекция) государственного надзора по Томской области

634012, г. Томск, ул. Косарева, 17а, телефон/факс (382)56-56-74

адрес отдела государственного надзора (инспекции) МТУ, телефон, факс

« 16 » марта 2018 г.

(дата составления акта)

11.00 час.

(время составления акта)

г. Томск, ул. Лебедева, 135

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
СМТУ Росстандарта

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска

(МБДОУ № 19)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 749/13/5

По адресу:

г. Томск, ул. Лебедева, 135

(место проведения проверки)

На основании приказа руководителя СМТУ Росстандарта Л.А. Гаталай от «02» марта 2018 г. № 212

(наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ № 19

Дата и время проведения проверки: 15.03.2018г. с 14.00-17.00 час., 16.03.2018г. с 10.00 - 11.00 час.

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

отделом (инспекцией) государственного надзора по Томской области

Акт составлен:

СМТУ Росстандарта

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ № 19

Лебедева Людмила Викторовна 07.03.2018г. в 11.02 час.

(фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Емельянова Татьяна Михайловна, начальник отдела

Лица, проводившие проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ №19 Лебедева Людмила Викторовна

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

Основной вид деятельности МБДОУ № 19 – образование дошкольное. ОКВЭД 85.11.

МБДОУ № 19 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Томской области 16 декабря 2002г. ОГРН 1027000909440, ИНН 7017023707.

МБДОУ № 19 относится к бюджетной организации.

Мероприятия по контролю отделом (инспекцией) государственного надзора по Томской области СМТУ Росстандарта в МБДОУ № 19 ранее не проводились.

2. Результаты проверки, проведенной в рамках федерального государственного метрологического надзора:

В МБДОУ № 19 в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении торговли, при учете количества энергетических ресурсов, при осуществлении деятельности в области здравоохранения проверено 27 ед. СИ.

Из числа проверенных, все СИ применяются прошедшими в установленном порядке поверку.

(Протокол проверки средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям – приложение №1).

В МБДОУ № 19 сопроводительная документация (паспорта и (или) техническое описание) на применяемые средства измерений имеется в полном объеме.

Требования к единицам величин, установленные Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879, к наименованию и обозначению единиц величин, к их применению и написанию выполняются.

Имеются свидетельства о поверке, и (или) знаки поверки (поверительные клейма) на средствах измерений. Периодичность проведения поверки средств измерений соблюдается.

Обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений соблюдаются. Пломбы в местах, предусмотренных конструкцией средств измерений, имеются, их целостность не нарушена.

Технические требования к средствам измерений, которые определяют особенности конструкции средств измерений в целях сохранения их метрологических характеристик в процессе эксплуатации средств измерений, достижения результатов измерений, соблюдаются.

Обязательные требования к условиям эксплуатации и хранения средств измерений соблюдаются.

Методики измерений, подлежащие аттестации не применяются

Стандартные образцы не применяются.

Эталоны единиц величин не применяются.

В рамках федерального государственного метрологического надзора нарушения обязательных требований не выявлены.

3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов.

Проверено оборудование 7 детских игровых площадок (код ОКП 96 8960), находящееся на стадии обращения (эксплуатации).

Акт отбора образцов от 15 марта 2018 г. (приложение № 2).

Оборудование детских игровых площадок не подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Согласно части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к ней процессам эксплуатации подлежат обязательному исполнению в части, соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Обязательные требования (требования безопасности при эксплуатации) к игровому оборудованию изложены в ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования», ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».

Проведена идентификация продукции на соответствие требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013.

Протокол идентификации, технического осмотра и испытаний от 15 марта 2018 г. (приложение № 3).


Образцы продукции на испытания не направлялись.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований стандартов не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол проверки применения средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям от 15.03.2018г.- на 2л.
2. Акт отбора образцов от 15.03.2018 г. - на 1 л.
3. Протокол идентификации, технического осмотра и испытаний от 15.03.2018 г. на 2л.
4. Приказ о возложении обязанностей (копия) на 1л.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник отдела



Т.М. Емельянова

С актом проверки ознакомлена, один экземпляр акта со всеми приложениями получила:

Заведующая МБДОУ № 19



подпись

Л.В. Лебедева

«16 » марта 2018г.